

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA: 2024-213	REFERENCIA PS/MAM/104587
PRODUCTO Dispositivos Rad-G®: <ul style="list-style-type: none">• Rad-G® Pulse Oximeter (con Sensor) Número de pieza: 9847; UDI: 00843997013284• Rad-G® Pulse Oximeter (con cable de paciente). Número de pieza: 9849; UDI: 00843997000666• Rad-G® with Temperature (con Sensor). Número de pieza: 9210; UDI: 00843997008013• Rad-G® with Temperature (con cable de paciente). Número de pieza: 9895; UDI: 00843997013789	
FINALIDAD PREVISTA Dispositivo no invasivo destinado a medir la saturación de oxígeno funcional de la hemoglobina arterial, la frecuencia cardíaca, el índice de perfusión y la frecuencia respiratoria pletismográfica.	
FABRICANTE Masimo Corporation, EEUU.	
DISTRIBUIDOR Masimo Europe Limited – Sucursal en España. Ronda de Poniente 12 2F. 28760, Tres Cantos, Madrid.	
ASUNTO Retirada del mercado de determinados dispositivos Rad-G® debido a la posibilidad de que se apaguen o enciendan sin presionar el botón de encendido.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: <ul style="list-style-type: none">• Nota de aviso empresa• Apéndice A (productos afectados)	

