


| Nº                               | Imagen  | Producto  | Datos del producto |        |      | Riesgo         | Medidas de Reacción  | Motivo del Riesgo  |
|----------------------------------|---|---|--------------------|--------|------|----------------|--|--|
|                                  |   |   | Marca              | Modelo | Lote |                |  |  |
| 459 / 2022<br>(CE / 0054 / 2022) |  | (DN3664010)<br>MASCARILLA<br>DE<br>PROTECCIÓN<br>"FFP2 NR", | DUO<br>YOU         | DY-9   |      | Microbiológico | Prohibición de<br>comercialización<br>Retirada del mercado | Las pruebas<br>realizadas<br>muestran que la<br>mascarilla de<br>protección no<br>cumple con los<br>requisitos de<br>seguridad<br>suficiente y el nivel<br>de filtrado no es el<br>adecuado. |