

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA: 2021-014	REFERENCIA PS/PPR/64672
PRODUCTO Termómetro infrarrojo DT-8806H	
FINALIDAD PREVISTA Termómetro infrarrojo electrónico sin contacto.	
Nº LOTE 20200402	
FABRICANTE Shezhen Everbest Machinery Industry Co. Ltd, China. 19th Building, 5th Region, Baiwangxin Industry Park, Songbai Road, Baimang, Xili, Nanshan, Shenzhen.	
REPRESENTANTE AUTORIZADO Lotus NL B.V., Holanda Koningin Julianaplein 10, 1e Verd, 2595AA, The Hague.	
DISTRIBUIDOR AMIDATA S.A.U. Avenida de Bruselas 6 Pl-3, 28108 Alcobendas, Madrid.	
ASUNTO Advertencia relacionada con el lote 20200402 del Termómetro infrarrojo DT-8806H, debido a que en el etiquetado no figuran los datos del representante autorizado Lotus NL B.V., Holanda, ni del fabricante del producto, Shezhen Everbest Machinery Industry Co. Ltd, China.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS <ul style="list-style-type: none"> Nota de aviso empresa 	

